

Fodklinikken hos Bente
Bente Gundersen Pehmøller
Ringgade 192 st. th.
6400 Sønderborg

CERTIFIKAT

marts 2018

Dyrkningsresultat:

Kundenr.: 12427

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt sporeprøver, indlagt i
Deres *Glaskuge Sterilisator* den 22. marts 2018.

Resultatet blev for de 3 sporeprøver:

	plads	ikke godkendt	godkendt
Placering	- 1: 1 min. ✓
Placering	- 2: 1 ½ min. ✓
Placering	- 3: 2 min. ✓
	250°C		

Sporerne er dyrket i mindst 2*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.

Sterilisationen har været effektiv med en inaktiveringsfaktor på:

- 1 : 10⁶ eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophaeus*, og
- 1 : 10⁵ eller bedre overfor sporer af *Geobacillus stearothermophilus*.

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med
ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 6. måned.

Jyllinge, den 30. marts 2018

Ulla Vedstesen, cand.brom