

REKVISITION FOR ANALYSE AF BIOLOGISKE INDIKATORER



Dampautoklavering Lot nr. _____ Autoklavering ved _____ °C i _____ min.
 Tørsterilisation Lot nr. _____ Sterilisering ved 255 °C i 2 min.

Serienummer på sterilisator _____

Afsenders postadresse (på alle gennemslag):
"Hos Bente og Louise"
 Lægeeksaminerede fodplejere
 Ringgade 150 (Lille Ringbo)
 6400 Sønderborg
 CVR: 43 40 34 51
 www.Hos-Bente-Louise.dk
 Telefon: +45 7443 0355

Telefonnummer: 51902286 / 74430355
 Ydernummer/kundenummer:
 Kontaktperson: BENTE PENHOLLER
 Ønsker du svar via email,
 skriv din mailadresse: HOSBENTE@MAIL.DK

SSI Diagnostica A/S
 Herredsvejen 2
 3400 Hillerød
 Danmark
 T 4829 9125

ssidiagnostica.com

Dato for sterilisation 4/4-20 Ved bestilling: ivdbestilling@ssidiagnostica.com og tlf. 4829 9125 · Ved spørgsmål til lab: indikatorlab@ssidiagnostica.com og tlf. 4829 9160

Provenr.	Provens anbringelse under sterilisationsprocessen	Forbeholdt laboratoriet	Med vækst	Uden vækst
1	GLASKUGLE STERILISATOR			X
2	GLASKUGLE STERILISATOR			X
3	GLASKUGLE STERILISATOR			X

			—	3

Udfyldes af indikatorlaboratoriet:

Resultat: I alt

Modtaget og udsæet 0804-21 -20, Sign.: JXA Antal 3 Knr.: 2811-2813

Besvaret 1504-21 -20, Sign.: JXA Godkendt: Certifikat medsendes



KVALITETSTYRINGSYSTEM
 DS/EN
 ISO 13485

CERTIFIKAT

Hermed bekræftes, at udstyret til sterilisation er kontrolleret med biologiske indikatorer leveret af SSI Diagnostica A/S.

De indsendte biologiske indikatorer er dyrket i overensstemmelse med kravene i ISO 11138-3 / 11138-4, og kontrollen er godkendt.

Dato: 15 APR. 2021



Marion Krøntoft

Kvalitetsansvarlig biologiske indikatorer
SSI Diagnostica A/S